K61-109-001-03

KaWe 駆血帯　取扱説明書

361-001-01

1. 使用方法

1) ベルトを腕に回し、カチッと音がするまでクリップを差し込み固定します。
クリップを親指で少し押さえながらスライドさせて差し込むと、挿入しやすくなります。

2) 血流がじゅうぶん止まるまでベルトの端を引っ張って、締め付けます。
※ベルトは矢印(水平)方向へまっすぐ引いてください。上下に振りながら引くと、皮膚を挟むおそれがあります。

3) 取り外す際、クリップを軽く押し込んでベルトの固定を解除し、ベルトを徐々に緩めてください。
※ゆるめずにクリップの固定を解除すると、反動でクリップ部分が眼球や顔等に当たったり、皮膚を挟むおそれがあります。

4) クリップをさらに押し込んで、クリップの固定を解除してください。



⚠注意
クリップ部分が破損・変形したり、ベルトが著しく損傷している場合は、使用しないでください。

注) 長時間駆血帯を装着したままにしておくと、血液の濃縮などの種々の理由により検査データに影響が生じる場合があるため、駆血時間はあまり長くならないよう注意してください。1 分以内であれば、検査項目への影響は許容範囲内です。(標準採血法ガイドライン（第 1 版）による)

2. 清掃方法

アルコール等で湿らせた柔らかい布で清拭してください。血液で汚染された場合は消毒または廃棄してください。(標準採血法ガイドライン（第 1 版）による)

3. 販売元

村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号　TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

2012 年 7 月 11 日改訂　　村中医療器株式会社

K61-109-001-03

KaWe 駆血帯　取扱説明書

361-001-01

1. 使用方法

1) ベルトを腕に回し、カチッと音がするまでクリップを差し込み固定します。
クリップを親指で少し押さえながらスライドさせて差し込むと、挿入しやすくなります。

2) 血流がじゅうぶん止まるまでベルトの端を引っ張って、締め付けます。
※ベルトは矢印(水平)方向へまっすぐ引いてください。上下に振りながら引くと、皮膚を挟むおそれがあります。

3) 取り外す際、クリップを軽く押し込んでベルトの固定を解除し、ベルトを徐々に緩めてください。
※ゆるめずにクリップの固定を解除すると、反動でクリップ部分が眼球や顔等に当たったり、皮膚を挟むおそれがあります。

4) クリップをさらに押し込んで、クリップの固定を解除してください。



⚠注意
クリップ部分が破損・変形したり、ベルトが著しく損傷している場合は、使用しないでください。

注) 長時間駆血帯を装着したままにしておくと、血液の濃縮などの種々の理由により検査データに影響が生じる場合があるため、駆血時間はあまり長くならないよう注意してください。1 分以内であれば、検査項目への影響は許容範囲内です。(標準採血法ガイドライン（第 1 版）による)

2. 清掃方法

アルコール等で湿らせた柔らかい布で清拭してください。血液で汚染された場合は消毒または廃棄してください。(標準採血法ガイドライン（第 1 版）による)

3. 販売元

村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号　TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp/

2012 年 7 月 11 日改訂　　村中医療器株式会社